

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Száma: 0002-01-2020
 Szállító: ROVITEX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 7631 Pécs, Reménypuszta 8.
 A termék megnevezése: **Egészségügyi maszk, többször használható, mosható, autoklávban sterilizálható, S-M-L méretben, konfekcionált, fehér színben.**
 A termék típusa: **ROVIMED SZÁJMASZK 2 „LOW PORE”**
 Származási helye: ROVITEX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 7631 Pécs, Reménypuszta 8.
 Típusvizsgálat: Egy alkalommal: 2020.03.12.
 Gyártásközi ellenőrzés: Minden darab

Az MSZ 4209:2011 szabvány 5.1-5.11 pontjainak és a szabvány A melléklet, A.2 szakasza szerint a fent leírt termék megfelel a következőknek:

| Rendelkező dokumentum | Vizsgálati dokumentum | A kiadás száma/kelte |
|--|--|----------------------------------|
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.2. Méretellenőrzés | Vizsgálati jegyzőkönyv Méretellenőrzés | 0002-01-2020/5.2 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.3. A formatartás ellenőrzése | Vizsgálati jegyzőkönyv Formatartás ellenőrzése | 0002-01-2020/5.3 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.4. A szűrési hatások vizsgálata | Vizsgálati jegyzőkönyv Szűrési hatások | 0002-01-2020/5.4 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.5. A légzési ellenállás meghatározása | Vizsgálati jegyzőkönyv Légzési ellenállás meghatározása | 0002-01-2020/5.5 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.6. A sterilizálhatóság vizsgálata | Vizsgálati jegyzőkönyv Sterilizálhatóság | 0002-01-2020/5.6 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.7. A moshatóság vizsgálata | Vizsgálati jegyzőkönyv Moshatóság | 0002-01-2020/5.7 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.8. A baktériumállóság vizsgálata | Vizsgálati jegyzőkönyv Baktériumállóság | 0002-01-2020/5.8 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.9. A bakteriális alapszennyezettség vizsgálata | Vizsgálati jegyzőkönyv Bakteriális alapszennyezettség | 0002-01-2020/5.9 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.10. Az általános fizikai szennyezettség vizsgálata | Vizsgálati jegyzőkönyv Általános fizikai szennyezettség | 0002-01-2020/5.10 2020.03.12. |
| MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk 5.11. A kivitel vizsgálata | Vizsgálati jegyzőkönyv Kivitel | 0002-01-2020/5.11 2020.03.12. |

Az MSZ 4209:2011 szabvány 5.1-5.11 pontjainak és a szabvány A melléklet, A.2 szakasza szerint a termék **MEGFELEL** az előírásoknak.

Felhasználási terület: Egészségügyi maszk. Olyan levegőszűrőként alkalmazott egyéni védőeszköz, amely az MSZ 4209:2011 szabványban előírt mértékben megakadályozza, hogy kilégzéskor a környezetbe és belégzéskor a környezetből mikroorganizmusok bekerüljenek a szervezetbe, illetve amely csökkenti a cseppfertőzés veszélyét.

Kezelés, tárolás: A termék kezelése, tárolása, használata a vonatkozó használati útmutató szerint
A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2020.03.16.-tól, 2021.03.15.-ig
 Pécs, 2020.03.16.

Ügyvezető



Irányítási rendszerünk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított.